

PARECER TÉCNICO CONSULTIVO Nº 03 /2026 – CPAQME

Processo Licitatório: Pregão Eletrônico SRP nº 022/2026

Interessada: CIRÚRGICA BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 37.541.551/0001-72)

Assunto: Análise técnica da proposta apresentada pela empresa CIRÚRGICA BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 37.541.551/0001-72) para o Pregão Eletrônico SRP Nº 90026/2026 – PMBC (COMPRASGOV), referente ao Registro de Preços visando a aquisição de equipos com bombas de infusão em comodato para atendimento às Unidades de Pronto Atendimento – UPAs 24 horas do Município de Balneário Camboriú/SC.

I – INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica da proposta comercial apresentada pela empresa CIRÚRGICA BOA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o objetivo de verificar o cumprimento ou não das especificações técnicas contidas no Termo de Referência (TR) do edital. A análise restringe-se ao atendimento do descritivo técnico do produto, abrangendo tanto a bomba de infusão quanto os equipos propostos (modelos TFAF24XIL e TI*PA300WY01 – Terumo), com base no Manual do Operador da Bomba Terufusion Tipo LM3 (TE-LM730/TE-LM830).

II – DA ANÁLISE

Análise da Bomba de Infusão:

Exigência do TR	Atende no Manual?	Detalhes do Manual
Sistema de infusão: Peristáltico Linear (tipo dedilhamento)	Sim	Tecnologia “MIDPRESS” – mecanismo de dedilhamento peristáltico sem compressão completa do equipo (p. 3).
Programação em mL/h e/ou gotas por minuto	Sim	Fluxo configurável em mL/h. Possui volume de gotejamento ajustável.
Visor com informações em português	Sim	Tela de 4,3" com visualização clara de fluxo (mL/h), VTBI, volume infundido, tempo restante etc.
Infusão mínima de 0,1 mL/h	Sim	Faixa de fluxo permite valores baixos (características gerais).
Volume total a infundir (1 a 9999 mL)	Sim	VTBI configurável.
Possibilidade de zerar volume infundido	Sim	Função “Apagando o volume infundido” (p. 47).
Sensor de gotejamento	Sim	Conector para sensor de gotas (opcional).
Modo standby (modo de espera)	Sim	Função modo de espera (p. 48).
Função KVO (Keep Vein Open)	Sim	Mantém infusão a 1 mL/h (ou configurável entre 0,10 a 3,00 mL/h) após término do VTBI.
Sistema de alarmes (término, KVO, bateria fraca, oclusão, ar na linha)	Sim	Alarmes completos: oclusão superior/inferior, ar na linha, bateria fraca, porta, completo (KVO), fluxo livre etc. Alarmes sonoros e visuais.
Alimentação 220 V, 60 Hz + bateria interna	Sim	Alimentação AC 100-240 V (compatível com 220 V) + bateria interna.
Duração mínima da bateria: 3 horas	Sim	Aproximadamente 5 horas de operação contínua a 25 mL/h (bateria nova e totalmente carregada).

Nesse contexto, a aceitação de produtos cujos fabricantes recomendam intervalos de troca inferiores a 72 horas (como a movimentação ou substituição a cada 24 horas) poderá prejudicar a rotina assistencial da enfermagem, além de não mostrar economicamente vantajosa, em virtude da necessidade de trocas mais frequentes e do consequente aumento de consumo de materiais.

Portanto, a escolha dos equipamentos deve observar estritamente às necessidades operacionais e assistenciais da instituição, razão pela qual a proposta em análise não atende ao edital.

III – CONCLUSÃO E MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

A proposta da empresa CIRÚRGICA BOA VISTA **atende** às especificações da bomba de infusão, porém **NÃO ATENDE** ao descritivo técnico dos **equipos**, uma vez que:

- Não possui segmento de bombeamento em silicone;
- Não garante capacidade de uso ininterrupto de 72 horas;
- O manual da fabricante recomenda explicitamente a movimentação ou substituição do equipo a cada 24 horas, que é incompatível com o exigido no Termo de Referência.

Recomendação

Diante do exposto, a proposta técnica não atende ao edital sugere-se, Inabilitação da proposta por descumprimento de requisito técnico essencial.

Balneário Camboriú/SC, 27 de março de 2026.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7AE4-C006-E1F6-D24D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO PAULO MORREIRA DA SILVA (CPF 068.XXX.XXX-59) em 27/03/2026 01:32:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HUMBERTO ANDRADA BERNARDES (CPF 034.XXX.XXX-39) em 27/03/2026 07:09:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALINI MAIARA PEREIRA SOMMAVILLA (CPF 058.XXX.XXX-54) em 27/03/2026 07:59:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FÁVERO (CPF 036.XXX.XXX-97) em 27/03/2026 08:21:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DANILO DUMPS SANTOS (CPF 035.XXX.XXX-07) em 27/03/2026 08:32:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SABRINA DOS SANTOS (CPF 024.XXX.XXX-61) em 27/03/2026 09:29:33 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/7AE4-C006-E1F6-D24D>