Pregão Eletrônico

988039.1132020 .3993 .5002 .2054472574

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00113/2020

Às 08:32 horas do dia 14 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 9.589/2019 de 07/10/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 030/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00113/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de otoscópio e sonares fetais para as unidades de saúde.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: OTOSCÓPIO
Descrição Complementar: OTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO LUZ HALÓGENA 2,5V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMPO FIXAÇÃO P/ BOLSO C/ BOTÃO LIGA/DESLIGA, ZOOMÓPTICO LENTE GIRATÓRIA, AUMENTO EM ATÉ 3 VEZES, COMPONENTES JOGO DE ESPÉCULOS,TIPO CABO CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 50
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.529,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 19.245,0000 .

Item: 2
Descrição: DETECTOR FETAL
Descrição Complementar: DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE* AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA, MATERIALGABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 60
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 60.637,2000
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 20.359,0000 **e com valor negociado a** R$ 20.358,6000 .

Histórico

Item: 1 - OTOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.031.325/0001-05	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 385,0000	R$ 19.250,0000	14/08/2020 08:17:57
	Marca: RIESTER **Fabricante:** RIESTER **Modelo / Versão:** RI-MINI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Otoscópio modelo Ri-Mini com lâmpada de xenônio de 2,5V; Fabricado em fibra de vidro reforçado; Transmissão da luz atravéz de fibra óptica; Lente de aumento 2,5 vezes; Sistema selado para otoscopia pneumática; Lente removível para instrumentação; Cabo resistente a corrosão. Especificações Acompanha o conjunto: 05 espéculos reutilizáveis 2,5mm; 05 espéculos reutilizáveis 4,0mm; 01 Estojo rígido para acondicionamento; 01 manual de instruções.						
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	50	R$ 390,5500	R$ 19.527,5000	13/08/2020 18:33:49

HOSPITALARES EIRELI

Marca: Riester
Fabricante: RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA
Modelo / Versão: Ri-Mini
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e no mínimo 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm - 3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador manual de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente com cabo em aço inoxidável com clip de bolso. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel e acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas do tipo alcalina. Possuir lupa redonda e controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas comuns do tipo alcalina. Acompanha estojo de material rígido e reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e no mínimo 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 12 meses. Apresentar Registro na ANVISA, Manual e Catálogo em português- BRL

23.015.239/0001-30	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 390,5800	R$ 19.529,0000	12/08/2020 17:16:31

Marca: MACROSUL
Fabricante: MACROSUL
Modelo / Versão: Otoscópio MARK II
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e no mínimo 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm - 3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador manual de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente com cabo em aço inoxidável com clip de bolso. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel e acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas do tipo alcalina. Possuir lupa redonda e controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas comuns do tipo alcalina. Acompanha estojo de material rígido e reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e no mínimo 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 12 meses. Apresentar Registro na ANVISA, Manual e Catálogo em português- BRL

25.137.947/0001-70	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	Sim	Sim	50	R$ 710,0000	R$ 35.500,0000	13/08/2020 13:18:22

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo / Versão: OMNI3000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 141971 - Otoscópio Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e no mínimo 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm - 3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador manual de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente com cabo em aço inoxidável com clip de bolso. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel e acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas do tipo alcalina. Possuir lupa redonda e controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas comuns do tipo alcalina. Acompanha estojo de material rígido e reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e no mínimo 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 12 meses. Apresentar Registro na ANVISA, Manual e Catálogo em português- BRL

24.537.945/0001-05	SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	Sim	Sim	50	R$ 960,1900	R$ 48.009,5000	13/08/2020 11:26:22

Marca: MD
Fabricante: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO
Modelo / Versão: VISIO2000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 141971 - Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência Lâmpada alógena, lente de aumento de 2.5x e no mínimo 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm - 3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador manual de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente com cabo em aço inoxidável com clip de bolso. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel e acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas do tipo alcalina. Possuir lupa redonda e controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas comuns do tipo alcalina. Acompanha estojo de material rígido e reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e no mínimo 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 12 meses. Apresentar Registro na ANVISA, Manual e Catálogo em português- BRL RMS: 80070210012

05.022.486/0001-82	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 1.000,0000	R$ 50.000,0000	13/08/2020 12:03:57

Marca: MD
Fabricante: UTECH CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Modelo / Versão: VISIO 2000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio Otoscópio em fibra óptica em material de alta

resistência Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e no mínimo 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm - 3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador manual de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente com cabo em aço inoxidável com clip de bolso. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel e acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas do tipo alcalina. Possuir lupa redonda e controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas comuns do tipo alcalina. Acompanha estojo de material rígido e reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e no mínimo 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 12 meses. Apresentar Registro na ANVISA, Manual e Catálogo em português- BRL

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 1.400,0000	R$ 70.000,0000	13/08/2020 13:59:54

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo / Versão: OMNI 3000 FIBRA ÓPTICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 141971 - Otoscópio Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e no mínimo 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm - 3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador manual de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente com cabo em aço inoxidável com clip de bolso. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel e acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas do tipo alcalina. Possuir lupa redonda e controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas comuns do tipo alcalina. Acompanha estojo de material rígido e reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e no mínimo 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 12 meses. Apresentar Registro na ANVISA, Manual e Catálogo em português- BRL RMS: 80070210012 MARCA: MD MODELO: OMNI 3000 FIBRA ÓPTICA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 70.000,0000	18.224.182/0001-40	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 50.000,0000	05.022.486/0001-82	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 48.009,5000	24.537.945/0001-05	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 35.500,0000	25.137.947/0001-70	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 19.529,0000	23.015.239/0001-30	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 19.527,5000	33.068.320/0001-32	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 19.250,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 19.248,0000	33.068.320/0001-32	14/08/2020 08:45:02:800
R$ 34.921,8000	05.022.486/0001-82	14/08/2020 08:48:46:503
R$ 19.245,0000	23.015.239/0001-30	14/08/2020 09:18:46:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2020 08:43:16	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	14/08/2020 08:57:49	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Melhor oferta..
Reinício da Disputa Aberta	14/08/2020 09:10:07	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: MELHOR OFERTA..
Encerrado	14/08/2020 09:20:49	Item encerrado.
Aceite	14/08/2020 09:50:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 23.015.239/0001-30, pelo melhor lance de R$ 19.245,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2020 10:02:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 23.015.239/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2020 10:21:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 23.015.239/0001-30.
Habilitado	14/08/2020 12:04:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ/CPF: 23.015.239/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - DETECTOR FETAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.031.325/0001-05	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	Sim	Sim	60	R$ 600,0000	R$ 36.000,0000	14/08/2020 08:17:57

Marca: SONOLINE

Fabricante: SONOLINE
Modelo / Versão: SONOLINE B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: é o modelo de desempenho superior, com exibição de FHR através de tela digital de LCD e possui três modos de funcionamento: - modo de exibição da Freqüência Cardíaca Fetal em tempo real; - modo de exibição da média da Freqüência Cardíaca Fetal e - modo manual. Possui saída de áudio que pode ser conectada com fone de ouvido, ou gravada, e controle de volume. • Funcionam com duas baterias alcalinas tamanho AA de 1,5V DC, recarregáveis ou não. • O transdutor pode ser substituído. O SONOLINE B – possui indicador de quantidade de carga da bateria, além de apresentar luz de fundo da tela e desligamento automático. • O SONOLINE é portátil e fácil de operar, pesa em torno de 180g (incluindo a bateria) e mede 135mm de comprimento, 95mm de largura e 35mm de altura. O visor LCD mede 45mm X 25mm. • A luz de fundo da tela do visor pode permanecer na condição ligada oudesligada. Possui encerramento automático de função, após permanecer por 1 minuto sem captar sinal. É adequado para ser utilizado a partir da 12ª semana de gestação, mas consegue captação a partir da 10ª semana.

29.245.128/0001-05	G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	Sim	Sim	60	R$ 800,0000	R$ 48.000,0000	13/08/2020 14:29:05

Marca: Medpej
Fabricante: Medpej Equipamentos Medicos
Modelo / Versão: DF7001D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Doppler - DF 7001 D. ANVISA nº 80127840024 Descrição do produto O Monitor Doppler portátil foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Sua utilização é recomendada para detectar os batimentos cardíacos fetais entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez. Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. O Monitor Doppler possui som de excelência, sem ruídos ou interferências e alta sensibilidade na detecção do sinal, além de três modos de funcionamento: Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal. Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016. Especificações Técnicas Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22 (não recarregável); 1X Bateria NI-MH 9V recarregável (opcional) e Carregador para bateria 9V (opcional). Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm. Peso líquido: 0,565 Kg. Produto em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016. Certificação INMETRO. Registro ANVISA.

05.022.486/0001-82	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	Sim	Sim	60	R$ 1.000,0000	R$ 60.000,0000	13/08/2020 12:03:58

Marca: MD
Fabricante: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA
Modelo / Versão: FD-200B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de Batimentos Cardíacos Fetais/ Detector Fetal/ Sona Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de ausculta de sinais vitais fetais. Tipo: Portátil. Tecnologia: Digital. Doppler Fetal Portátil para detecção ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª - 12ª semana de gestação, tamanho ergonômico, peso total com transdutor de até 300gs, leitura por método ultrassom através de um transdutor com frequência nominal aproximada de 2.0MHz e Frequência de Operação de 2.0MHz, alto falante embutido com potência mínima de 5,0W. Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda Doppler (transdutor). Deve ter tela de LCD colorida, com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (BCF) na faixa de 30 a 240 BPM, valores números e de onda de batimento cardíaco fetal. Entrada para fone de ouvido, gravador e computador. Possuir alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático. Permitir o funcionamento com pilhas alcalinas e também o uso de bateria recarregável de alimentação 220V -60Hz- com cabo de força de acordo com a norma da ABNT. Deve acompanhar: 01 fone de ouvido, transdutor (sonda Doppler) 2 MHz; cabo de alimentação, manual de operação em língua portuguêsa

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	60	R$ 1.000,0000	R$ 60.000,0000	13/08/2020 21:36:52

Marca: medpej
Fabricante: medpej
Modelo / Versão: df7001d bateria 9 volts comum
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 Unid Ultrassom para fisioterapia: Tela LCD, Pulso continuo pulsado, Frequência 1 e 3 MHZ ibramed 1 e 3 mhz

04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM	Sim	Sim	60	R$ 1.010,0000	R$ 60.600,0000	12/08/2020 15:04:38

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo / Versão: MD 200C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de Batimentos Cardíacos Fetais/ Detector Fetal/ Sona Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de ausculta de sinais vitais fetais. Tipo: Portátil. Tecnologia: Digital. Doppler Fetal Portátil para detecção ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª - 12ª semana de gestação, tamanho ergonômico, peso total com transdutor de até 300gs, leitura por método ultrassom através de um transdutor com frequência nominal aproximada de 2.0MHz e Frequência de Operação de 2.0MHz, alto falante embutido com potência mínima de 5,0W. Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda Doppler (transdutor). Deve ter tela de LCD colorida, com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (BCF) na faixa de 30 a 240 BPM, valores números e de onda de batimento cardíaco fetal. Entrada para fone de ouvido, gravador e computador. Possuir alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático. Permitir o funcionamento com pilhas alcalinas e também o uso de bateria recarregável de alimentação 220V -60Hz- com cabo de força de acordo com a norma da ABNT. Deve acompanhar: 01 fone de ouvido, transdutor (sonda Doppler) 2 MHz; cabo de alimentação, manual de operação em língua portuguêsa

33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	60	R$ 1.010,6000	R$ 60.636,0000	13/08/2020 18:33:49

Marca: Jumper
Fabricante: ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA
Modelo / Versão: JPD-100E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de Batimentos Cardíacos Fetais/ Detector Fetal/ Sona Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de ausculta de sinais vitais fetais. Tipo: Portátil. Tecnologia: Digital. Doppler Fetal Portátil para detecção ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª - 12ª semana de gestação, tamanho ergonômico, peso total com transdutor de até 300gs, leitura por método ultrassom através de um transdutor com frequência nominal aproximada de 2.0MHz e Frequência de Operação de 2.0MHz, alto falante embutido com potência mínima de 5,0W. Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda Doppler (transdutor). Deve ter tela de LCD colorida, com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (BCF) na faixa de 30 a 240 BPM, valores números e de onda de batimento cardíaco fetal. Entrada para fone de ouvido, gravador e computador. Possuir alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático. Permitir o funcionamento com pilhas alcalinas e também o uso de bateria recarregável de alimentação 220V -60Hz- com cabo de força de acordo com a norma da ABNT. Deve acompanhar: 01 fone de ouvido, transdutor (sonda Doppler) 2 MHz; cabo de alimentação, manual de operação em língua portuguêsa

08.863.966/0001-64	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Sim	Sim	60	R$ 1.010,6200	R$ 60.637,2000	10/08/2020 15:27:43

Marca: MEDPEJ
Fabricante: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL
Modelo / Versão: DF7001D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Detector Fetal Portátil Display Digital com Bateria Recarregavel + Carregador Cód. DF-7001 D Recarregavel - MEDPEJ Registro ANVISA nº 80127840024 O Monitor Doppler portátil é desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Esse método de diagnóstico permite um meio simples de estabelecer positiva e imediatamente a viabilidade fetal em gravidez prematura e pode facilmente ser usado para verificar se existe vida fetal durante a ameaça de aborto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Possui três modos de funcionamento: • Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. • Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal. • Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6 / ABNT NBR IEC 60601-1-9 / ABNT NBR IEC 62366 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / IEC 60601-1-4:2004 / IEC 60601-2-37:2016. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NCC 15.03860 / CERTIFICADO INMETRO RMP. 04.023 Rev.01" "Bateria interna NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V (opcional). Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Gabinete e transdutor injetados em material ABS. Suporte lateral para aporte do transdutor. Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm. - Peso líquido: 0,565 Kg. - Conteúdo da Embalagem: DF 7001 D Gel ultrassônico 50g Fone de ouvido intra-auricular Manual de instruções Alça para transporte Bolsa para armazenamento FABRICANTE: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL"

12.942.081/0001-28	DANIELE DAGIOS	Sim	Sim	60	R$ 1.010,6200	R$ 60.637,2000	13/08/2020 13:45:33

Marca: MD
Fabricante: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED
Modelo / Versão: FD200C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142270 - Detector de Batimentos Cardíacos Fetais/ Detector Fetal/ Sona Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de ausculta de sinais vitais fetais. Tipo: Portátil. Tecnologia: Digital. Doppler Fetal Portátil para detecção ausculta de batimentos cardíacos fetal a

partir da 10ª - 12ª semana de gestação, tamanho ergonômico, peso total com transdutor de até 300gs, leitura por método ultrassom através de um transdutor com frequência nominal aproximada de 2.0MHz e Frequência de Operação de 2.0MHz, alto falante embutido com potência mínima de 5,0W. Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda Doppler (transdutor). Deve ter tela de LCD colorida, com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (BCF) na faixa de 30 a 240 BPM, valores números e de onda de batimento cardíaco fetal. Entrada para fone de ouvido, gravador e computador. Possuir alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Botão ligadesliga, controle de volume e desligamento automático. Permitir o funcionamento com pilhas alcalinas e também o uso de bateria recarregável de alimentação 220V -60Hz- com cabo de força de acordo com a norma da ABNT. Deve acompanhar: 01 fone de ouvido, transdutor (sonda Doppler) 2 MHz; cabo de alimentação, manual de operação em língua portuguêsa Registro MS: 80070210067 Fabricante: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED Procedência: CHINA, REPÚBLICA POPULAR

09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA	Sim	Sim	60	R$ 1.010,6200	R$ 60.637,2000	13/08/2020 15:32:36

Marca: " MEDPEJ-DF-7001 D R
Fabricante: " MEDPEJ-DF-7001 D Recarregavel - Detector Fetal P
Modelo / Versão: " MEDPEJ-DF-7001 D Recarregavel - Detector Fetal P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de Batimentos Cardíacos Fetais/ Detector Fetal/ Sona Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de ausculta de sinais vitais fetais. Tipo: Portátil. Tecnologia: Digital. Doppler Fetal Portátil para detecção ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª - 12ª semana de gestação, tamanho ergonômico, peso total com transdutor de até 300gs, leitura por método ultrassom através de um transdutor com frequência nominal aproximada de 2.0MHz e Frequência de Operação de 2.0MHz, alto falante embutido com potência mínima de 5,0W. Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda Doppler (transdutor). Deve ter tela de LCD colorida, com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (BCF) na faixa de 30 a 240 BPM, valores números e de onda de batimento cardíaco fetal. Entrada para fone de ouvido, gravador e computador. Possuir alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático. Permitir o funcionamento com pilhas alcalinas e também o uso de bateria recarregável de alimentação 220V -60Hz- com cabo de força de acordo com a norma da ABNT. Deve acompanhar: 01 fone de ouvido, transdutor (sonda Doppler) 2 MHz; cabo de alimentação, manual de operação em língua portuguêsa

25.137.947/0001-70	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI	Sim	Sim	60	R$ 1.100,0000	R$ 66.000,0000	13/08/2020 13:18:22

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo / Versão: FD200C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142270 - Detector de Batimentos Cardíacos Fetais/ Detector Fetal/ Sona Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de ausculta de sinais vitais fetais. Tipo: Portátil. Tecnologia: Digital. Doppler Fetal Portátil para detecção ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª - 12ª semana de gestação, tamanho ergonômico, peso total com transdutor de até 300gs, leitura por método ultrassom através de um transdutor com frequência nominal aproximada de 2.0MHz e Frequência de Operação de 2.0MHz, alto falante embutido com potência mínima de 5,0W. Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda Doppler (transdutor). Deve ter tela de LCD colorida, com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (BCF) na faixa de 30 a 240 BPM, valores números e de onda de batimento cardíaco fetal. Entrada para fone de ouvido, gravador e computador. Possuir alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático. Permitir o funcionamento com pilhas alcalinas e também o uso de bateria recarregável de alimentação 220V -60Hz- com cabo de força de acordo com a norma da ABNT. Deve acompanhar: 01 fone de ouvido, transdutor (sonda Doppler) 2 MHz; cabo de alimentação, manual de operação em língua portuguêsa

10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	60	R$ 1.150,0000	R$ 69.000,0000	13/08/2020 16:35:08

Marca: MEDPEJ
Fabricante: MEDPEJ
Modelo / Versão: DF7001D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DOPPLER – MODELO DF7001D (COM BATERIA RECARREGAVEL + CARREGADOR) O Monitor Doppler portátil foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Sua utilização é recomendada para detectar os batimentos cardíacos fetais entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez. Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. O Monitor Doppler possui som de excelência, sem ruídos ou interferências e alta sensibilidade na detecção do sinal, além de três modos de funcionamento: Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal. Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. ANVISA: 801278400-24 OBS: DISPLAY SOMENTE NUMERICO – NÃO POSSUI CABO DE FORÇA)

24.537.945/0001-05	SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	Sim	Sim	60	R$ 1.226,9300	R$ 73.615,8000	13/08/2020 11:26:22

Marca: MD

Fabricante: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA, REPÚBLICA POPUL
Modelo / Versão: FD200C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142270 - Detector de Batimentos Cardíacos Fetais/ Detector Fetal/ Sona Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de ausculta de sinais vitais fetais. Tipo: Portátil. Tecnologia: Digital. Doppler Fetal Portátil para detecção ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª - 12ª semana de gestação, tamanho ergonômico, peso total com transdutor de até 300gs, leitura por método ultrassom através de um transdutor com frequência nominal aproximada de 2.0MHz e Frequência de Operação de 2.0MHz, alto falante embutido com potência mínima de 5,0W. Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda Doppler (transdutor). Deve ter tela de LCD colorida, com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (BCF) na faixa de 30 a 240 BPM, valores números e de onda de batimento cardíaco fetal. Entrada para fone de ouvido, gravador e computador. Possuir alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático. Permitir o funcionamento com pilhas alcalinas e também o uso de bateria recarregável de alimentação 220V -60Hz- com cabo de força de acordo com a norma da ABNT. Deve acompanhar: 01 fone de ouvido, transdutor (sonda Doppler) 2 MHz; cabo de alimentação, manual de operação em língua português. RMS: 80070210067

27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	Sim	Sim	60	R$ 1.350,0000	R$ 81.000,0000	13/08/2020 13:52:13

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo / Versão: FD200C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL FD-200C MD® Os detectores fetais MD® da linha FD-200 são compactos e cabem facilmente no bolso. A tecnologia integrada de alta sensibilidade permite uma rápida identificação do batimento cardíaco fetal desde as primeiras semanas até o final da gravidez. Descrição • Transdutor de alta sensibilidade • Compacto, leve e fácil operação • Alto-falante de alta performance • Design ergonômico e compartimento para transdutor • Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador • Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático • Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal • Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis • Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento • Desligamento automático após 1 minuto sem utilização • Certificado pelo INMETRO

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	60	R$ 1.730,0000	R$ 103.800,0000	13/08/2020 13:59:54

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo / Versão: FD200C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142270 - Detector de Batimentos Cardíacos Fetais/ Detector Fetal/ Sona Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de ausculta de sinais vitais fetais. Tipo: Portátil. Tecnologia: Digital. Doppler Fetal Portátil para detecção ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª - 12ª semana de gestação, tamanho ergonômico, peso total com transdutor de até 300gs, leitura por método ultrassom através de um transdutor com frequência nominal aproximada de 2.0MHz e Frequência de Operação de 2.0MHz, alto falante embutido com potência mínima de 5,0W. Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda Doppler (transdutor). Deve ter tela de LCD colorida, com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (BCF) na faixa de 30 a 240 BPM, valores números e de onda de batimento cardíaco fetal. Entrada para fone de ouvido, gravador e computador. Possuir alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático. Permitir o funcionamento com pilhas alcalinas e também o uso de bateria recarregável de alimentação 220V -60Hz- com cabo de força de acordo com a norma da ABNT. Deve acompanhar: 01 fone de ouvido, transdutor (sonda Doppler) 2 MHz; cabo de alimentação, manual de operação em língua portuguêsa RMS: 80070210067 MARCA: MD MODELO: FD200C

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 103.800,0000	18.224.182/0001-40	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 81.000,0000	27.792.194/0001-61	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 73.615,8000	24.537.945/0001-05	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 69.000,0000	10.572.109/0001-57	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 66.000,0000	25.137.947/0001-70	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 60.637,2000	08.863.966/0001-64	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 60.637,2000	12.942.081/0001-28	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 60.637,2000	09.721.729/0001-21	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 60.636,0000	33.068.320/0001-32	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 60.600,0000	04.360.651/0001-43	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 60.000,0000	05.022.486/0001-82	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 60.000,0000	02.605.669/0001-32	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 48.000,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 36.000,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:32:48:923
R$ 53.400,0000	12.942.081/0001-28	14/08/2020 08:44:16:743
R$ 35.998,0000	33.068.320/0001-32	14/08/2020 08:45:41:587
R$ 52.400,0000	04.360.651/0001-43	14/08/2020 08:46:06:440
R$ 35.000,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:46:16:980
R$ 55.828,0000	08.863.966/0001-64	14/08/2020 08:46:49:737
R$ 42.978,0000	09.721.729/0001-21	14/08/2020 08:46:52:750
R$ 61.114,0000	25.137.947/0001-70	14/08/2020 08:47:39:417
R$ 36.855,0000	05.022.486/0001-82	14/08/2020 08:48:56:250

R$ 34.995,0000	33.068.320/0001-32	14/08/2020 08:49:26:180
R$ 34.000,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:51:26:700
R$ 33.999,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:51:31:410
R$ 33.985,0000	33.068.320/0001-32	14/08/2020 08:51:43:947
R$ 33.984,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:51:47:860
R$ 49.140,0000	04.360.651/0001-43	14/08/2020 08:51:48:290
R$ 33.500,0000	33.068.320/0001-32	14/08/2020 08:52:06:263
R$ 33.499,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:52:11:700
R$ 30.000,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:52:14:703
R$ 29.999,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:52:18:733
R$ 25.000,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:52:24:933
R$ 24.999,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:52:29:873
R$ 23.000,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:52:35:047
R$ 22.999,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:52:39:083
R$ 21.000,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:52:58:280
R$ 51.300,0000	10.572.109/0001-57	14/08/2020 08:53:00:180
R$ 20.999,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:53:04:217
R$ 20.995,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:53:14:443
R$ 20.994,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:53:18:387
R$ 20.990,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:53:35:010
R$ 20.989,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:53:38:873
R$ 20.900,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:54:04:713
R$ 20.899,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:54:08:877
R$ 20.890,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:54:32:867
R$ 20.889,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:54:36:967
R$ 20.800,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:54:54:240
R$ 20.799,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:54:58:390
R$ 20.750,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:55:04:533
R$ 20.749,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:55:08:097
R$ 20.700,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:55:24:070
R$ 20.699,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:55:27:683
R$ 20.650,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:55:37:080
R$ 20.649,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:55:41:503
R$ 20.600,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:55:49:000
R$ 20.599,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:55:53:733
R$ 20.550,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:56:09:927
R$ 20.549,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:56:14:733
R$ 20.500,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:57:10:440
R$ 20.499,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:57:15:387
R$ 20.450,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:57:21:337
R$ 20.449,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:57:25:617
R$ 20.400,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:57:30:280
R$ 20.399,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:57:33:783
R$ 20.380,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:58:07:177
R$ 20.379,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:58:10:597
R$ 42.977,0000	02.605.669/0001-32	14/08/2020 08:58:30:507
R$ 20.375,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:58:37:083
R$ 20.374,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:58:41:323
R$ 20.370,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:58:57:843
R$ 20.369,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:59:03:310
R$ 20.365,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:59:35:947
R$ 20.364,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 08:59:40:533
R$ 20.360,0000	18.031.325/0001-05	14/08/2020 08:59:58:007
R$ 20.359,0000	29.245.128/0001-05	14/08/2020 09:00:01:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/08/2020 08:43:22	Item Aberto.

Encerrado	14/08/2020 09:02:02	Item encerrado.
Aceite	14/08/2020 10:27:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.245.128/0001-05, pelo melhor lance de R$ 20.359,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2020 10:27:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.245.128/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2020 10:49:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.245.128/0001-05.
Negociação de valor	14/08/2020 10:55:43	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.245.128/0001-05, pelo melhor lance de R$ 20.359,0000 e com valor negociado a R$ 20.358,6000. Motivo: proposta readequada.
Habilitado	14/08/2020 12:04:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 29.245.128/0001-05
Registro Intenção de Recurso	14/08/2020 12:09:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 33068320000132. Motivo: Manifestação intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento ofertado pela arrematante não possui "tela de LCD colorida", contrariando a solicitação contida em edital.
Intenção de Recurso Aceita	14/08/2020 13:45:07	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33068320000132.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.068.320/0001-32	14/08/2020 12:09	14/08/2020 13:45	Aceito

Motivo Intenção: Manifestação intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento ofertado pela arrematante não possui "tela de LCD colorida", contrariando a solicitação contida em edital.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	14/08/2020 08:33:33	Bom dia Senhores Licitantes, sou o pregoeiro Rafael e informo que estamos dando início as atividades do pregão 113/2020.
Pregoeiro	14/08/2020 08:35:29	Em 5min iniciaremos a fase de lances.
Pregoeiro	14/08/2020 08:43:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	14/08/2020 08:43:22	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	14/08/2020 08:57:49	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/08/2020 09:02:02	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	14/08/2020 09:10:07	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/08/2020 09:20:49	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/08/2020 09:20:49	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	14/08/2020 10:02:27	Senhor fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 23.015.239/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	14/08/2020 10:21:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 23.015.239/0001-30, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	14/08/2020 10:27:52	Senhor fornecedor G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.245.128/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	14/08/2020 10:28:37	Para G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - Sr. Licitante inicio negociação com a empresa e solicito redução do valor proposto e apresentação de proposta atualizada, assim como apresentação de declaração de não parentesco de acordo com o item n° 10.2 do edital.
29.245.128/0001-05	14/08/2020 10:33:44	Bom dia Sr (a) Pregoeiro (a). R$ 20.358,60 total (R$ 339,31 unitário).
Pregoeiro	14/08/2020 10:48:41	Para G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - Ok, aguardo proposta atualizada e declaração de não parentesco. Grato!
Sistema	14/08/2020 10:49:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.245.128/0001-05, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	14/08/2020	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

	12:04:34	itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	14/08/2020 12:05:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/08/2020 às 12:26:00.
Pregoeiro	14/08/2020 13:45:46	Estamos encerrando a sessão agradeço a participação de todos.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	14/08/2020 12:04:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	14/08/2020 12:05:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/08/2020 às 12:26:00.

Data limite para registro de recurso: 19/08/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 24/08/2020.
Data limite para registro de decisão: 03/09/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:18 horas do dia 14 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RAFAEL AUGUSTO SOUZA
Pregoeiro Oficial

TIAGO RAMOS
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar