

TERMO DE ESCLARECIMENTO - PRG Nº 102/2019 – SSSM/FMS

OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para as Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria de Saúde Municipal, conforme especificações do Termo de Referência.

Em razão de divergência na interpretação da especificação do item 02 (aparelho de anestesia para paciente pediátrico, adulto e neonatal com monitor multiparamétrico) Anexo I – Relação de itens do objeto do edital, esclarecemos o seguinte:

O edital requer braço lateral para suporte do monitor multiparamétrico com capacidade para no mínimo 7kg, ou seja, é estabelecido o mínimo que deve ser suportado pelo braço. No mesmo descritivo, é indicado que o monitor não deve ultrapassar 7kg, com o objetivo de adequar o peso do monitor à capacidade do braço lateral. Assim, o edital não está a definir o limite de peso do monitor, mas que o braço lateral seja compatível com o peso do monitor multiparamétrico.

Balneário Camboriú, 20 de novembro de 2019.



SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras