

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário de Compras, nos termos do Decreto Municipal nº 8.763 de 24 de novembro de 2017 e no uso das atribuições que lhe são conferidas, especialmente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Licitação nº: 018/2020 - PE
- b) Modalidade: Pregão
- c) Data Homologação: 29/06/2020
- d) Objeto da Licitação: Locação de tomógrafo pelo período de 12 (doze) meses.
- e) Fornecedores e itens declarados Vencedores:

26526 - VIVA IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (12.508.717/0001-28)

ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	142079 - LOCAÇÃO DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE-550 EXAMES MÊS TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE. EQUIPAMENTO PARA USO GERAL, MULTILICE, COM MÍNIMO 16 CORTES UTILIZADO PARA GERAR IMAGENS DE TOMOGRAFIA DOS ÓRGÃOS DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; COM SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO DO MAS PARA REDUÇÃO DE DOSE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GANTRY: ABERTURA MÍNIMA DE GANTRY: 65 CM; FAIXA DE ANGULAÇÃO	MÊS	GENERAL ELETRIC	12	39.500,00	474.000,00

<p>MÍNIMA: +/-30 MECANICA OU DIGITAL; TEMPO DE CORTE TOTAL (360): 1 SEGUNDO OU MENOR; CAPACIDADE PARA AQUISIÇÃO HELICAL CONTÍNUA SEM INTERRUPÇÃO: MÍNIMA 90 SEGUNDOS; CONJUNTO TUBO E GERADOR: POTÊNCIA DO GERADOR DE NO MÍNIMO: 24KW OU SUPERIOR, NÃO SENDO PERMITIDA NENHUMA EQUIVALÊNCIA; FAIXA DE CORRENTE DO TUBO:13 ATÉ 200MA OU MAIOR; FAIXA MÍNIMA DE KV DO TUBO:80 E 130KV; CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE NO MÍNIMO 2.0 MHU, NÃO SENDO PERMITIDA NENHUMA EQUIVALÊNCIA; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DO TUBO DE NO MÍNIMO 500 KHU/MIN; COMPRIMENTO VOLUMÉTRICO: MÍNIMO 120 CM LIVRE DE METAIS; SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS: AQUISIÇÃO MULTISLICE DE NO MÍNIMO 16 (FILEIRAS DE DETECTORES) CORTES SIMULTÂNEOS POR ROTAÇÃO DE 360; POSSIBILIDADE DE UP- GRADE PARA RECONSTRUÇÃO EM 32 CORTES; FAIXA DE ESPESSURA DE CORTE DE</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>1 MM OU MENOR, COM COBERTURA DE DETECTOR PELO MENOS 11,0 MM OBTIDOS COM NO MÍNIMO 16 CORTES SIMULTÂNEO; CAMPO DE VISÃO: VARIÁVEL ENTRE 100 E 430MM; GERENCIAMENTO DE DOSE: TECNOLOGIA PARA REDUÇÃO DE DOSE APLICADA AO PACIENTE, POSSUINDO ENTRE OUTROS: RECURSO DINÂMICO DE OTIMIZAÇÃO DE DOSE APLICADA AO PACIENTE, NOS PLANOS X, Y E Z DURANTE A AQUISIÇÃO, COM CAPACIDADE DE MODULAÇÃO DE CORRENTE (MA) DE ACORDO COM A REGIÃO DO CORPO A SER EXAMINADA; RECURSO AVANÇADO AUTOMATIZADO DE RECONSTRUÇÃO ITERATIVA (IDOSE 4, SAFIRE, AIDR-3D, ASIR OU SIMILAR); CONSOLE: MULTIFUNÇÃO CONTENDO 1 MONITOR LCD COLORIDO DE NO MÍNIMO 19", TECLADO E MOUSE; O SISTEMA DEVER PERMITIR MANIPULAÇÃO, FILMAGEM E PROCESSAMENTO DE IMAGENS PREVIAMENTE ARMAZENADAS DURANTE A AQUISIÇÃO DE NOVAS IMAGENS; SOFTWARE 3D,</p>					
---	--	--	--	--	--

	<p>PERMITINDO DIFERNTES TIPOS DE RECONSTRUÇÃO: VOLUME RENDERING, SURFACE, E PROJEÇÃO DE RX (CVR); SOFTWARE MULTIPLANAR EM TEMPO REAL (MPR); SOFTWARE ANGIOGRÁFICO (MIP); SOFTWARE PULMONAR (MIP); SOFTWARE PARA ESTUDOS DINÂMICOS (DYNAMIC SCAN); SISTEMA DE SUBTRAÇÃO DIGITAL ÓSSEA DURANTE A AQUISIÇÃO; SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS EM TEMPO REAL, DURANTE A AQUISIÇÃO, COM TAXA DE AMOSTRAGEM DE, NO MÍNIMO, 6(SEIS) IMAGENS POR SEGUNDO; SOFTWARE DE GATILHAMENTO DE AQUISIÇÃO POR NÍVEL DE CONTRASTE, PERMITINDO MÚLTIPLOS ROI'S; CAPACIDADE TOTAL EM HARD DISK: PELO MENOS 200GBYTES; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS: MÍNIMO DE 100.000 IMAGENS E DADOS BRUTOS DAS 3500 ÚLTIMAS ROTAÇÕES ; UNIDADE DE GRAVAÇÃO CD/DVD; TEMPO DE RECONSTRUÇÃO DE IMAGEM DE NO MÍNIMO ATÉ 13</p>					
--	--	--	--	--	--	--

<p>IMAGENS/SEGUNDO; PROTOCOLO DICOM 3.0 CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE MODALIDADES: PRINT, STORAGE SCU E MWM (WORKLIST); RESOLUÇÃO DE ALTO CONTRASTE MÍNIMA: 15 IP/CM; INSTRUÇÃO AUTOMÁTICA PARA PACIENTES COM 3 MENSAGENS PROGRAMÁVEIS E INTERCOMUNICADOR; INTERFACE PARA IMPRESSÃO PADRÃO DICOM E WINDOWS POST-SCRIPT; MESA DO PACIENTE: PESO MÁXIMO SUPORTÁVEL 180 KG; LARGURA MÍNIMA DO TAMPO MÓVEL: 320 MM; ALTURA MÍNIMA DO SOLO ENTRE 300 E 460 MM, QUANDO COMPLETAMENTE ABAIXADA; PRECISÃO DE MOVIMENTO LONGITUDINAL: 0,25 MM; ACESSÓRIOS: SUPORTE DE CRÂNIO; SUPORTE DE PERNAS; JOGO DE FANTOMAS PARA CALIBRAÇÃO; ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE REDE INTERNO OU EXTERNO, COM POTÊNCIA COMPATÍVEL PARA TODO O EQUIPAMENTO; NOBREAK PARA CONSOLE E ESTAÇÃO DE TRABALHO; SISTEMA DE MANUTENÇÃO</p>					
---	--	--	--	--	--

	REMOTA. CAPACIDADE PARA REALIZAR 550 EXAMES/MÊS.					
TOTAL (R\$):						474.000,00

Balneário Camboriú, 29/06/2020.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras
Pregoeiro